CONTROLUL STERILITATII PLACILOR CU MEDIU DE CULTURA

DATA	geloza sange			sabouraud			ADCL		AABTL		chapman		executat	verificat
		termostat	mediu ambiant		termostat	mediu ambiant		termostat		termostat		termostat		
	lot	nr.colonii/ 24 h	nr.colonii / 24 h	lot	nr.colonii/ 24 h	nr.colonii/ 24 h	lot	nr.colonii/ 24 h	lot	nr.colonii/ 24 h	lot	nr.colonii/ 24 h		

Fisa Control Intern Medii De Cultura

DATA	Mc Conkey		Muller Hinton		Geloza simpla		Istrati Meiter		TSI		MIU		simons cu citrat		executat	verificat
		termostat		termostat		termostat		termostat		termostat		termostat		termostat		
	lot	nr.colonii/ 24 h	lot	nr.colonii/ 24 h	lot	nr.colonii / 24 h	lot	nr.colonii/ 24 h	lot	nr.colonii / 24 h	lot	nr.colonii / 24 h	lot	nr.colonii / 24 h		

FISA CONTROL INTERN MEDII DE CULTURA

Nr. Crt.	Nr. Inreg/data	Genul/specia	Crestere pe mediul de cultura							Identificare biochimica								Identif serologica	Microscopie	Data efectuarii controlului	Lucrat	Verificat
			GEL. Sg.	Gel.simpla	Chapman solid	Cled	Mc.Conkey	Muller Hinton	Sabouraud	TSI				MIU			Citrat Simmons					
										I	D	G	H2S	M	I	U						

Legenda:

Sensibilitate (% UFC recuperate din inocul, aspectul coloniilor-10 microlitri din dilutia1:100)
Crestere (+)
Absenta crestere (-)
NT- mediu netestat

FISA CONTROL DE CALITATE AL ANTIBIOGRAMEI DIFUZIMETRICE PE TULPINI DE REFERINTA CONFORM CLSI/NCCLS

Nr. crt	Microcomprimat	Concentratia U/micrograme	Escherichia .coli ATCC 25922		Stafilococcus .aureus ATCC25923		Pseudomonas.aeruginosa ATCC 25923	
			Limite acceptabile (mm)	Rezultate obtinute(mm)	Limite acceptabile (mm)	Rezultate obtinute(mm)	Limite acceptabile (mm)	Rezultate obtinute(mm)
1	PENICILINA	10U	-		26-37		-	
2	CEFOXITIN	30	23-29		23-29		-	
3	ERITROMICINA	15	-		22-30		-	
4	CLINDAMICINA	2	-		24-30		-	
5	KANAMICINA	30	17-25		19-26		-	
6	TOBRAMICINA	10	18-26		19-29		19-25	
7	GENTAMICINA	10	19-26		19-27		16-21	
8	CIPROFLOXACIN	5	30-40		22-30		25-33	
9	TETRACICLINA	30	18-25		24-30		-	
10	RIFAMPICINA	5	8-10		26-34		-	
11	CLORAMFENICOL	30	21-27		19-26		-	
12	TRIMETROPRIM – SULFAMETOXAZOLE	25	23-29		24-32		-	
13	VANCOMICINA	30	-		17-21		-	
14	AMOXICILINA-AC. CLAVULANIC	20/10	17-22		28-36		-	
15	CEFALOTIN	30	15-21		29-37		-	
16	LINEZOLID	30			25-32			
17	AMIKACINA	30	19-26		20-26		18-26	
18	CEFOPERAZONA	75	28-34		24-33		23-29	
19	CEFTAZIDIM	30	25-32		16-20		22-29	

20	COLISTIN	10			-		11-17	
21	OFLOXACIN	5	29-33		24-28		17-21	
22	PIPERACILINA	100	24-30		-		25-33	
23	PIPERACILINA-TAZOBACTAM	100/10	24-30		27-36		25-33	
24	TICARCILLINA	75	24-30		-		21-27	
25	TICARCILLINA-AC. CLAVULANIC	75/10	24-30		29-37		20-28	
26	LINEZOLID	30			25-32			
27	AMPICILINA	10	16-22		27-35		-	
28	AMPICILINA-AC. CLAVULANIC	30	13-19					
29	1MIPENEM	10	26-32		-		20-28	
30	NORFLOXACIN	10	28-35		17-28		22-29	
31	CEFTRIAXONA	30	29-35		22-28		17-23	
32	CEFUROXIM	30	20-26		27-35		-	
33	OXACILINA	1	-		18-24		-	
34	AC. NALIDIXIC	30	22-28		-		-	
35	CEFACLOR	30	23-27		27-31		-	

CAIET DE LUCRU **ANTIBIOGRAMA**

Nr. crt.	Nr. reg	Numele si prenumele	Tulpina	**AN,AK**		**AUG,AMC**		**SXT**		**CXM,Cu**		**CRO**		**G,GM**		**CTX,Ce**		**Cl**		**NOR**	
				D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R

CEC		**Ca,CAZ**		**AM,A**		**Na, NA**		**OFX**		**FT**		**CZ**		**CF,Ch**		**CPZ,CFP**		**SAM,AS**		**CIP**		Data eliberarii
D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	D	S/I/R	Resp.analiza